



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 53.01.02.000.M.000310.07.18 от 19.07.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: дентальный рентгеновский аппарат Preva DC (перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) и технические характеристики указаны в приложении). ООО "Актуальная стоматология", 173016, Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 36, пом. 73Н.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ООО "Актуальная стоматология", 173016, Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 36, пом. 73Н  
("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891 - 11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.1.3.2630 - 10 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Протокол лабораторных испытаний № 4392 от 21.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области" (Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-53-01-000612 от 17.04.15). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области" № 04 - Р/2072 - 18 от 14.06.2018.

Заключение действительно до 19.07.2023 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№:3016663



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 53.01.02.000.М.000310.07.18 от 19.07.2018 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: дентальный рентгеновский аппарат Preva DC. ООО "Актуальная стоматология", 173016, Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 36, пом. 73Н.

Выполняемые работы (услуги): проведение рентгеновских исследований (эксплуатация, хранение) источника ионизирующего излучения (генерирующего).

1. Аппарат рентгеновский Preva DC, заводской № DB52387, 2012 год выпуска.

Технические характеристики: максимальное анодное напряжение - 70 кВ; рабочая нагрузка - 40 (мА.мин)/нед.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

